**Описание объекта закупки при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинских изделий: Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием от батареи, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий**

| № п/п | Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) | | | | | | | | Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование объекта закупки (товара) | Количество, единица измерения | Товарный знак или эквивалент | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара) | Показатели товара (значения показателей) | | | | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением * | Товарный знак (при наличии) | Характеристики предлагаемого участником закуп-ки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки ** | Наименование страны происхождения товара |
| | | | | | Минимальные и (или) максимальные показатели | Показатели, которые не изменяются | Показатели, указанные в диапазоне *(указывается минимальное и максимальное значение)* | Иные показатели | | | | |
| 1 | **Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием от батареи** | **1 шт.** | **не устанавливается** | **ОКПД 26.60.12.123** Набор устройств с питанием от аккумуляторной батареи для регистрации и анализа неявных звуков, которые издают волосковые клетки внутреннего уха, в ответ на стимул для определения нарушения функции работы уха при диагностике и неонатальном скрининге. Включает программируемое устройство, датчик и ушные вкладыши | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Тип прибора - Портативный | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Исследование задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (ЭЧПИ) | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Количество каналов регистрации отоакустической эмиссии, шт. | не менее 1 | | | | | | | |
| | | | | Частотный диапазон ЗВОАЭ, Гц | | | от 500 до 5 000 | | | | | |
| | | | | Амплитуда стимула ЗВОАЭ, дБ УЗД | | | от 30 до 90 | | | | | |
| | | | | Уровень внутренних шумов, дБ УЗД | не более 30 | | | | | | | |
| | | | | Максимальное количество измеряемых частот по методике ЭЧПИ, шт | не менее 12 | | | | | | | |
| | | | | Частотный диапазон ЭЧПИ, Гц | | | от 500 до 12 000 | | | | | |
| | | | | Диапазон регулировки громкости стимула ЭЧПИ, дБ УЗД | | | от 0 до 70 | | | | | |
| | | | | Автоматический анализ результатов «Прошел» /«Не прошел» (скрининг слуха) | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Индикация качества установки зонда | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Отображение информации - цветной ЖК-дисплей не менее 5,5" с подсветкой касания | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Связь с компьютером - Bluetooth | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Разъем соединения электронного блока с терминалом - USB type-C | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Встроенный термопринтер | | Наличие | | | | | | |
| | | | | **Комплект поставки:** | | | | | | | | |
| | | | | Электронный блок с зондом, шт | не менее 1 | | | | | | | |
| | | | | Мобильный терминал | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Руководство по эксплуатации | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Наконечник зонда | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Набор ушных вкладышей | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Тестовая полость | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Съемник наконечника зонда | | Наличие | | | | | | |
| | | | | Сумка для переноски | | Наличие | | | | | | |