



Департамент здравоохранения  
Тюменской области  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 19»**  
(г.Тюмень)

Руководителям организаций

ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень,  
625017

Тел. 8(3452) 56-11-19,

факс 8(3452) 56-11-19

E-mail: adm@ob19.ru

ОГРН 1027200876119

ИНН/КПП 7224012710/720301001

21.05.2026 № 2311

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении запроса

ГАУЗ ТО «Областная больница №19» планирует осуществить закупку следующих товаров в  
\_\_2026\_\_ году:

Наименование товара	Кол-во
Стерилизатор паровой	Техническое задание

С целью формирования начальной максимальной цены договоров просим предоставить коммерческие предложения о возможности поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), соответствующего вышеуказанным требованиям, по форме в приложении к настоящему запросу на электронную почту \_\_\_\_\_.

Срок предоставления ответа на запрос коммерческий предложений \_\_\_\_\_.

Техническое задание прилагается.

Форма коммерческого предложения (Приложение на 1 л.).

Инициатор закупки

Коларж А.В.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Главному врачу  
 ГАУЗ ТО «Областная больница №19»  
 М.Э. Мартиросяну

Коммерческое предложение

На Ваш запрос коммерческих предложений № \_\_\_\_ (№ процедуры на ЭТП) от \_\_\_\_\_ 2026\_\_ г. предоставляем следующую информацию о возможности поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Наименование оборудования/товара/услуги/работы	Характеристики оборудования /товара /услуги/работы	Кол-во, ед.изм.	Цена за единицу	Сумма НДС	Сумма с НДС/без НДС

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) \_\_\_\_\_  
 Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар/работы/услуги \_\_\_\_\_  
 Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка)

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**Стерилизатор паровой**

№ п/п	Описание объекта закупки			Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки)							
	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единицы и измерение	Товарный знак или эквивалент	Показатели товара (значения показателе)	Наименование товара в соответствии с регистрационным номером	Товарный знак (при наличии)*	Характеристика и предлагаемого участником товара, соответствующая требованиям, установленным в описании объекта закупки**	Наименование страны происхождения товара			
1	Стерилизатор паровой	1 шт.	Не установлен	<p><b>Наименование по НКМИ 330780:</b> Стерилизатор паровой</p> <p><b>Технические характеристики:</b> Тип стерилизатора Исполнение Материал наружных облицовочных панелей Материал камеры</p>	<p>Минимальные и (или) максимальные показатели :</p> <p>Показатели, которые не изменяются :</p> <p>Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)</p>	<p>Непроходный</p> <p>Напольное</p> <p>Нержавеющая сталь</p> <p>Нержавеющая сталь</p>	<p>Нержавеющая сталь марки 03X17Ni14M3 или</p>				

Стерилизационная камера оснащена нагревательной рубашкой	022Cr17Ni12Mo2 или эквивалент	Наличие						
Объем стерилизационной камеры, л	не менее 100 не более 110							
Диаметр <i>d</i> / высота × ширина камеры, мм	не менее 400 не более 410							
Полезная глубина стерилизационной камеры, мм	не менее 700 не более 780							
Внешние размеры стерилизатора (Д×Ш×В), мм	не более 1350×800×1700							
Масса, кг	не более 420							
Напряжение питания, Вольт	380							
Максимальная номинальная мощность, кВт	не менее 11 не более 20							
Встроенный парогенератор	Наличие							
Встроенный вакуумный водokolыцевой насос	Наличие							
На лицевой панели стерилизатора расположены следующие элементы: - кнопка аварийной остановки, - панель оператора, - манометр давления в камере, - манометр давления в парогенераторе, - встроенный принтер для распечатки данных о процессе, - водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе	Наличие							
Размер диагонали встроенного ЖК дисплея, дюйм	не менее 7							
Управление автоматическое	Наличие							
Свободно программируемый режим	Наличие							
Диапазон установки температуры стерилизации, минимальное значение, °С	не более 105							
Диапазон установки температуры стерилизации, максимальное значение, °С	не менее 134							

Диапазон установки времени стерилизации, минимальное значение, минут	не более 5							
Диапазон установки времени стерилизации, максимальное значение, минут	не менее 185							
Тест Вакуума		Наличие						
тест Бови-Дика		Наличие						
<b>Комплект поставки:</b>								
Вставка с полками-корзинами		Наличие						
<b>Документация:</b>								
Регистрационное удостоверение		Наличие						
Руководство по эксплуатации на русском языке		Наличие						
Паспорт сосуда, работающего под давлением		Наличие						
<b>Инструктаж медицинского и технического персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание</b>								
Инструктаж медицинского персонала		Наличие						
Инструктаж технического персонала		Наличие						
Гарантия на оборудование, месяцев	не менее 24							
Комплект оборудования водоподготовки для получения воды ультрачистой и воды деионизованной для локальных систем		1 комплект						