



Департамент здравоохранения  
Тюменской области  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 19»**  
(г.Тюмень)

Руководителям организаций

ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень,  
625017

Тел. 8(3452) 56-11-19,

факс 8(3452) 56-11-19

E-mail: [adm@ob19.ru](mailto:adm@ob19.ru)

ОГРН 1027200876119

ИНН/КПП 7224012710/720301001

21.05.2026 № 2313

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении запроса

ГАУЗ ТО «Областная больница №19» планирует осуществить закупку следующих товаров в  
\_\_2026\_\_ году:

Наименование товара	Кол-во
Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования	Техническое задание

С целью формирования начальной максимальной цены договоров просим предоставить коммерческие предложения о возможности поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), соответствующего вышеуказанным требованиям, по форме в приложении к настоящему запросу на электронную почту \_\_\_\_\_.

Срок предоставления ответа на запрос коммерческий предложений \_\_\_\_\_.

Техническое задание прилагается.

Форма коммерческого предложения (Приложение на 1 л.).

Инициатор закупки

Коларж А.В.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Главному врачу  
 ГАУЗ ТО «Областная больница №19»  
 М.Э. Мартиросяну

Коммерческое предложение

На Ваш запрос коммерческих предложений № \_\_\_\_ (№ процедуры на ЭТП) от \_\_\_\_\_ 2026\_\_ г. предоставляем следующую информацию о возможности поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Наименование оборудования/товара/услуги/работы	Характеристики оборудования/товара/услуги/работы	Кол-во, ед.изм.	Цена за единицу	Сумма НДС	Сумма с НДС/без НДС

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) \_\_\_\_\_  
 Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар/работы/услуги \_\_\_\_\_  
 Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка)

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**Машина дезинфекционно-моющая**

№ п/п	Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)	Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной)										
		Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единицы	Товарный знак или эквивалент	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Показатели товара (значения показателя)	Минимальные и (или) максимальные показатели	Показатели, которые не изменяются	Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)	Наименование товара (значения показателя)	Товарный знак (при наличии)*	Характеристик и предлагаемого участником товара, закупки соответствующих
1	Машина дезинфекционно-моющая для мойки и дезинфекции медицинских изделий	1 шт.	Не установлен	Наименование по НКМИ 181920: Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования								
				<b>Технические характеристики:</b>								
				Тип машины - непроходной	Наличие							
				Вертикальная откидывающаяся вперёд дверь с блокировочной системой	1							
				Ручка накладная неповоротная для простоты эксплуатации и обработки внешних поверхностей машины	Наличие							
				Встроенная сушка фильтрованным с помощью HEPA-фильтра горячим воздухом	Наличие							
				Подключение к горячей, холодной,	Наличие							



медицинского назначения, размеры (Ш×Г×В), не более 485×250×60 мм.									
<b>Документы:</b>									
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие		Наличие							
Руководство по эксплуатации на русском языке		Наличие							
<b>Инструкция медицинского и технического персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание:</b>									
Инструкция медицинского персонала		Наличие							
Инструкция технического персонала		Наличие							
Гарантия на оборудование	не менее 12 месяцев								
Комплект оборудования водоподготовки для получения воды умягченной и воды деионизованной для локальных систем (мочные машины)		Наличие							

Наличие

не менее 12 месяцев