



Департамент здравоохранения  
Тюменской области  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 19»**  
(г.Тюмень)

Руководителям организаций

ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень,  
625017

Тел. 8(3452) 56-11-19,

факс 8(3452) 56-11-19

E-mail: [adm@ob19.ru](mailto:adm@ob19.ru)

ОГРН 1027200876119

ИНН/КПП 7224012710/720301001

21.05.2026 № 2315

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении запроса

ГАУЗ ТО «Областная больница №19» планирует осуществить закупку следующих товаров в  
\_\_2026\_\_ году:

Наименование товара	Кол-во
Аквадистиллятор электрический	Техническое задание

С целью формирования начальной максимальной цены договоров просим предоставить коммерческие предложения о возможности поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), соответствующего вышеуказанным требованиям, по форме в приложении к настоящему запросу на электронную почту \_\_\_\_\_.

Срок предоставления ответа на запрос коммерческий предложений \_\_\_\_\_.

Техническое задание прилагается.

Форма коммерческого предложения (Приложение на 1 л.).

Инициатор закупки

Коларж А.В.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Главному врачу  
 ГАУЗ ТО «Областная больница №19»  
 М.Э. Мартиросяну

Коммерческое предложение

На Ваш запрос коммерческих предложений № \_\_\_\_\_ (№ процедуры на ЭТП) от \_\_\_\_\_ 2026\_\_ г. предоставляем следующую информацию о возможности поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Наименование оборудования/товара/услуги/работы	Характеристики оборудования /товара /услуги/работы	Кол-во, ед.изм.	Цена за единицу	Сумма НДС	Сумма с НДС/без НДС

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) \_\_\_\_\_  
 Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар/работы/услуги \_\_\_\_\_  
 Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка)

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Аквадистиллятор электрический

№ п/п	Описание объекта закупки			Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма. Не является обязательной.)			Заполняется участником закупки			
	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	Показатели товара (значения показателе)	Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии)	Товарный знак (при наличии)*	Характеристики и предлагаемого участником товара, соответствующий	Наименование страны происхождения товара		
1	Аквадистиллятор электрический	1 шт.	Не установлен	<p><b>Наименование по НКМИ 185950:</b> Система дистилляционной очистки воды</p> <p>Предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Г осфармакопеи РФ ФС.2.2.0020.15, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.Пин 2.1.4.1074-01</p>	<p>Показатели, которые не изменяются:</p> <p>Показатели, указанные в диапазоне: (указывает минимальное и максимальное значение)</p>					

Технические характеристики:										
Производительность при номинальном напряжении, дм <sup>3</sup> /ч			10±10%							
Род тока			переменный							
Удельный расход холодной воды на 1 дм <sup>3</sup> получаемой воды, дм <sup>3</sup> ,		не более 25								
Время установления рабочего режима, мин.		не более 30								
Расход воды на охлаждение и питание, дм <sup>3</sup> /ч		не более 200								
Коэффициент очистки воды от радионуклидов		Не менее 3000								
Исполнение			настольное							
Быстросъемная, разборная конструкция камеры испарения для свободного доступа и удобства обслуживания и ремонта.			наличие							
Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность аквадистиллятора- полированная нержавеющей стали			наличие							
Опорожнение камеры испарения после прекращения работы аквадистиллятора			наличие							
Материал камеры испарения, камеры конденсации			Лист БТ- ПН-О-1 ГОСТ 19904-90/12Х18Н10Т-М3а ГОСТ 5582-75							
Материал электронагревателей			Лента 0,6х36,0-М-НТ-О 12Х18Н10 Т-3-Б							

		ГОСТ4989-79						
Напряжение, В		380						
Частота тока питающей сети, Гц		50						
Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт		7.5±10%						
Масса изделия, кг	10,5							
Габаритные размеры аквадистиплятора, мм								
В плане Высота	325×230 518							
Габаритные размеры электроплита, мм								
В плане Высота	217×169 98							
<b>Системы безопасности:</b>								
Датчик уровня жидкости, который обеспечивает:		Автоматическое отключение ТЭНов при прекращении централизованной подачи воды						
		Автоматическое отключение ТЭНов при понижении воды в						

Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение		камере испарения ниже допустимого							
Светодиодная индикация: - «Сеть», - «Нагрев»		наличие							
Соответствие последним требованиям правил электрической безопасности – работа с УЗО		наличие							
<b>Комплектация</b>									
Трубка медцинская резиновая типа 6 8x1,5 или трубка медцинская ПВХ 8x2,0 длиной 0,5м. для слива дистиллированной воды		наличие							
Кран шаровый (вода) 1/2", Бабочка		наличие							
<b>Документы</b>									
Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством: • Сертификат соответствия ГОСТ Р • Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ		наличие							
Эксплуатационная документация на русском языке (руководство по эксплуатации)		наличие							
<b>Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание</b>									
Гарантия на оборудование	Не менее 12 месяцев								

	СО ДНЯ ВРОДА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТА ЦИЮ					

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_