



Департамент здравоохранения
Тюменской области
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 19»**
(г.Тюмень)

Руководителям организаций

ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень,
625017

Тел. 8(3452) 56-11-19,

факс 8(3452) 56-11-19

E-mail: adm@ob19.ru

ОГРН 1027200876119

ИНН/КПП 7224012710/720301001

21.05.2026 № 2319

На № _____ от _____

О направлении запроса

ГАУЗ ТО «Областная больница №19» планирует осуществить закупку следующих товаров в
__2026__ году:

Наименование товара	Кол-во
Аквадистиллятор электрический 2 единицы	Техническое задание

С целью формирования начальной максимальной цены договоров просим предоставить коммерческие предложения о возможности поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), соответствующего вышеуказанным требованиям, по форме в приложении к настоящему запросу на электронную почту _____.

Срок предоставления ответа на запрос коммерческий предложений _____.

Техническое задание прилагается.

Форма коммерческого предложения (Приложение на 1 л.).

Инициатор закупки

Коларж А.В.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Главному врачу
 ГАУЗ ТО «Областная больница №19»
 М.Э. Мартирояну

Коммерческое предложение

На Ваш запрос коммерческих предложений № _____ (№ процедуры на ЭТП) от _____ 2026__ г. предоставляем следующую информацию о возможности поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Наименование оборудования/товара/услуги/работы	Характеристики оборудования /товара /услуги/работы	Кол-во, ед.изм.	Цена за единицу	Сумма НДС	Сумма с НДС/без НДС

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) _____
 Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар/работы/услуги _____
 Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) _____

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка)

М.П.

« _____ » _____ 20__ г

Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования

Аквадистиллилятор электрический

№ п/п	Описание объекта закупки				Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки)							
	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Показатели товара (значения показателя)	Наименование товара в соответствии с регистрационным товаром	Товарный знак (при наличии)*	Характеристик и предлагаемого участником товара, соответствующий не показателям, установленным в описании объекта закупки**	Наименование страны происхождения товара			
1	Аквадистиллилятор электрический	шт.	Не установлен	Наименование по НКМИ 185950: Система дистилляционной очистки воды Аквадистиллилятор электрический ДЭ-25М предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС.2.2.0020.15, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.Пин 2.1.4.1074-	Минимальные и (или) максимальные показатели	Показатели, которые не изменяются:	Показатели, указанные в диапазоне: (указываются минимальные и максимальные значения)					

01										
Технические характеристики:										
Производительность при номинальном напряжении, дм ³ /ч		25±10%								
Род тока		переменный								
Удельный расход холодной воды на 1 дм ³ потребляемой воды, дм ³ ,	не более 25									
Время установления рабочего режима, мин.	не более 30									
Расход воды на охлаждение и питание, дм ³ /ч	не более 350									
Коэффициент очистки воды от радионуклидов	Не менее 3000									
Исполнение		настольное								
Быстросъемная, разборная конструкция камеры испарения для свободного доступа и удобства обслуживания и ремонта.		наличие								
Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность аквадистиллятора- полированная нержавеющая сталь		наличие								
Опорожнение камеры испарения после прекращения работы аквадистиллятора		наличие								
Материал камеры испарения, камеры конденсации		Лист БТ-ПН-О-1 ГОСТ 19904-90/12Х18Н10Т-МЗа ГОСТ 5582-75								
Материал электронагревателей		Лента 0,6х36,0-М-НТ-О 12Х18Н10								

		Т-3-Б ГОСТ4989-79						
Напряжение, В		380						
Частота тока питающей сети, Гц		50						
Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт		15 ±10%						
Масса изделия, кг	Не более 22							
Габаритные размеры аквастиглилятора, мм	Не более							
в плане	460×382							
высота	685							
Габаритные размеры электрошита, мм	Не более							
в плане	217×169							
высота	98							
Системы безопасности:								
Датчик уровня жидкости, который обеспечивает:		Автоматическое отключение ТЭНов при прекращении централизованной подачи воды						
		Автоматическое отключение ТЭНов при						

<p>Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение</p> <p>Светодиодная индикация: - «Сеть», - «Нагрев»</p> <p>Соответствие последним требованиям правил электрической безопасности – работа с УЗО</p> <p>Комплектация</p> <p>Трубка медипинковая резиновая типа 6 8x1,5 или трубка медипинковая ПВХ 8x2,0 длиной 0,5м. Для слива дистиллированной воды</p> <p>Кран шаровый (вода) 1/2", бабочка</p> <p>Документы</p> <p>Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством: <ul style="list-style-type: none"> • Сертификат соответствия ГОСТ Р • Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ </p> <p>Эксплуатационная документация на русском языке (руководство по эксплуатации)</p> <p>Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание</p> <p>Гарантия на оборудование</p>		<p>Понижении воды в камере испарения ниже допустимого</p> <p>0</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p>				

