



Департамент здравоохранения  
Тюменской области  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 19»**  
(г.Тюмень)

Руководителям организаций

ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень,  
625017

Тел. 8(3452) 56-11-19,

факс 8(3452) 56-11-19

E-mail: adm@ob19.ru

ОГРН 1027200876119

ИНН/КПП 7224012710/720301001

21.05.2026 № 2310

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении запроса

ГАУЗ ТО «Областная больница №19» планирует осуществить закупку следующих товаров в  
\_\_2026\_\_ году:

Наименование товара	Кол-во
Стерилизатор сухожаровой, 3 единицы	Техническое задание

С целью формирования начальной максимальной цены договоров просим предоставить коммерческие предложения о возможности поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), соответствующего вышеуказанным требованиям, по форме в приложении к настоящему запросу на электронную почту \_\_\_\_\_.

Срок предоставления ответа на запрос коммерческий предложений \_\_\_\_\_.

Техническое задание прилагается.

Форма коммерческого предложения (Приложение на 1 л.).

Инициатор закупки

Коларж А.В.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Главному врачу  
 ГАУЗ ТО «Областная больница №19»  
 М.Э. Мартиросяну

Коммерческое предложение

На Ваш запрос коммерческих предложений № \_\_\_\_\_ (№ процедуры на ЭТП) от \_\_\_\_\_ 2026\_\_ г. предоставляем следующую информацию о возможности поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Наименование оборудования/товара/услуги/работы	Характеристики оборудования/товара/услуги/работы	Кол-во, ед.изм.	Цена за единицу	Сумма НДС	Сумма с НДС/без НДС

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) \_\_\_\_\_  
 Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар/работы/услуги \_\_\_\_\_  
 Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка)

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Стерилизатор сухожаровой

№ п/п	Описание объекта закупки		Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки)		
	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единицы измерения	Товарный знак или эквивалент	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Показатели товара (значения показателя)
				<p>Наименование товара</p> <p>Характеристики и предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки**</p>	<p>Наименование страны происхождения товара</p>
				<p>Минимальные и (или) максимальные показатели:</p>	<p>Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)</p>
1	Стерилизатор сухожаровой	3 Шт.	Не установлен	<p><b>Наименование по НКМИ 173090:</b>  <b>Стерилизатор сухожаровой</b>                      Тип камеры</p> <p>Полезный объем камеры, л</p> <p>Задаваемые температурные режимы, °С                      Автоматические программы:                      Стерилизация при температуре 160±3 °С</p>	<p>Показатели, которые не изменяются:</p> <p>прямоугольная</p> <p>Не менее 80 не более 90</p> <p>50...200</p> <p>Не более чем, в течение 150±5</p>

Стерилизация при температуре 180±3 °С	мин; Не более чем в течение 60±5 мин;				
Дезинфекция при температуре 120±3 °С в течение 45±5 мин;	Не более чем в течение 45±5 мин;				
Сушка при температуре 85±3 °С		в течение любого отрезка времени			
Время нагрева до температуры 180°С, мин	не более 55				
Время охлаждения до температуры 75°С, мин	не более 50				
Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С	не более ±3				
Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С,				не более 205...235	
Количество полок, стандартное/макс., шт.		2/4			
Размеры полок, мм		475 × 370			
Минимальный шаг расположения полок, мм		102			
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА,	не более 67				
Время непрерывной работы в сутки, ч	не менее 16				
Нарботка на отказ, ч	не менее 2500				
Внутренние размеры камеры ( Ш × Г × В ), мм	Не более 500 × 400 × 480				
Внешние габариты ( Ш × Г × В ), мм	Не более 665 × 660 × 800				
Масса, кг	Не более 52±5,2				
Потребляемая мощность, кВт	Не более 2,1				
Питание, В/Гц	220/50				