



Департамент здравоохранения
Тюменской области
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 19»**
(г. Тюмень)

Руководителям организаций

ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень,
625017

Тел. 8(3452) 56-11-19,

факс 8(3452) 56-11-19

E-mail: adm@ob19.ru

ОГРН 1027200876119

ИНН/КПП 7224012710/720301001

15.06.2026 № 2958

На № _____ от _____

О направлении запроса

ГАОУЗ ТО «Областная больница №19» планирует осуществить закупку следующих товаров в
_____ 2026 году:

Наименование товара	Кол-во
Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей	Техническое задание (2 шт)

С целью формирования начальной максимальной цены договоров просим предоставить коммерческие предложения о возможности поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), соответствующего вышеуказанным требованиям, по форме в приложении к настоящему запросу на электронную почту _____.

Срок предоставления ответа на запрос коммерческий предложений _____.

Техническое задание прилагается.

Форма коммерческого предложения (Приложение на 1 л.).

Инициатор закупки
Должность

Ф.И.О. Коларте-АВ

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Главному врачу
 ГАУЗ ТО «Областная больница №19»
 М.Э. Мартиросяну

Коммерческое предложение

На Ваш запрос коммерческих предложений № ____ (№ процедуры на ЭТП) от _____ 2026 г. предоставляем следующую информацию о возможности поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Наименование оборудования/товара/услуги/работы	Характеристики оборудования /товара /услуги/работы	Кол-во, ед.изм.	Цена за единицу	Сумма НДС	Сумма с НДС/без НДС

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) _____
 Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар/работы/услуги _____
 Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) _____

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка)

М.П.

« _____ » _____ 20__ г

**Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на поставку
Системы мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клинической
(КТРУ № 26.60.12.129-00000218, ОКПД2 26.60.12.129)**

№п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
1.	Диагональ дисплея	≥ 15	Дюйм (25,4 мм)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
2.	Категория пациентов	Взрослые		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Дети		
3.	Сенсорный дисплей	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
4.	Подключение к центральной станции (пульту)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
5.	Интеграция с медицинской информационной системой	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
6.	Манжета на верхнюю конечность	Взрослая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Детская		
7.	Анализ ЭКГ	Сегмент ST		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
8.	ЭКГ электроды	Взрослые, одноразовые		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
9.	Датчик пульсоксиметрии	Взрослый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
10.	Показатели			Значение характеристики не может изменяться участником закупки
11.	Пульсоксиметрия	Да		
12.	Артериальное давление	Да		
13.	Апноэ	Да		
14.	Температура	Да		
15.	Электрокардиограмма	Да		
16.	Частота сердечных сокращений	Да		
17.	Плетизмограмма	Да		
18.	Респираграмма	Да		
19.	Сердечный выброс	Да		
20.	Сердечный индекс	Да		
21.	Сосудистое сопротивление	Да		
22.	Индекс сосудистого сопротивления	Да		
23.	Ударный объем	Да		
24.	Ударный индекс	Да		
25.	Индекс работы левого желудочка	Да		
26.	Аритмия	Да		
27.	Частота дыхания	Да		

Обоснование включения дополнительных характеристик:

Требование к комплектации необходимо для установки, настройки и полного функционирования закупаемого оборудования, в соответствии со стандартами оснащения отделений реанимации и интенсивной терапии, а также спецификой и объемами оказания медицинской помощи лечебного учреждения. Кроме того, сведения о комплектации и качестве закупаемого товара не являются показателями товара, в понимании ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и не образуют описания объекта закупки (не являются потребительскими свойствами, функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками объекта закупки) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Комплект поставки:				
1.	Электронный блок	≥ 1	Штука (ШТ)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
2.	Одноразовые ЭКГ электроды (для взрослых)	≥ 50	Штука (ШТ)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
3.	Кабель пациента для взрослых	≥ 1	Штука (ШТ)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
4.	Датчик пульсоксиметрический (пальцевая клипса) многоцветный	≥ 1	Штука (ШТ)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
5.	Датчик температурный поверхностный многоцветный	≥ 1	Штука (ШТ)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
6.	Шланг для манжеты НИАД	≥ 1	Штука (ШТ)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
7.	Манжета НИАД многоцветная для детей	≥ 1	Штука (ШТ)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

8.	Манжета НИАД многоразовая для взрослых	≥ 2	Штука (ШТ)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
9.	Кабель питания	≥ 1	Штука (ШТ)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
10.	Гарантийный срок эксплуатации	≥ 24	Месяц (МЕС)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки