Описание объекта закупки при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинских изделий: аппарат ингаляционной ане
передвижной, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские издел
специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий

№ п/п	№ в РМИС*	Описание объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые н изменяться, иные показатели)						
		Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	ОКПД2/КТРУ	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (т Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополните информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)		
						Наименование характеристики (единица измерения характеристики)	Значение характеристики	Инструкция по за характеристик (по каждой харак товара)
1	2	3	4	5	6	7		
1	1	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной	1 шт	Не устанавливается	32.50.21.121 32.50.21.121-00000119	Время работы от аккумулятора, мин	Не менее 45	Участник закупки у заявке конкретное характеристики
						Используемый газ	Кислород --- Воздух --- Закись азота	Участник закупки у заявке все значени характеристики
						Минимальный дыхательный объем, мл	Не более 20	Участник закупки у заявке конкретное характеристики
						Частота дыхания, 1/мин	Не более 100	Участник закупки у заявке конкретное характеристики
						Испаритель для анестетика	Испаритель для галотана --- Испаритель для изофлурана --- Испаритель для севофлурана	Участник закупки у заявке одно или не значений характер
						Режимы вентиляции лёгких	Вентиляция управляемая по объему (CMV) --- Ручная вентиляция (MAN) --- Синхронизированная перемежающаяся вентиляция (SIMV) --- Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с поддержкой давлением (SIMV+PS) --- Принудительная вентиляция по давлению (PCV)	Участник закупки у заявке все значени характеристики