Департамент здравоохранения
Тюменской области
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 19»
(г.Тюмень)**
ул. Авторемонтная, 2, г. Тюмень,
625017
Тел. 8(3452) 56-11-19,
факс 8(3452) 56-11-19
E-mail: adm@ob19.ru
ОГРН 1027200876119
ИНН/КПП 7224012710/720301001

06.11.2026 № 5570
На № _____ от _____
О направлении запроса

Руководителям организаций

ГАУЗ ТО «Областная больница №19» планирует осуществить закупку следующих товаров в ___2027_ году:

Наименование товара	Кол-во
	Техническое задание
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre	37 штук
NFC-передатчик Bubble Mini	6 штук

С целью формирования начальной максимальной цены договоров просим предоставить коммерческие предложения о возможности поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), соответствующего вышеуказанным требованиям, по форме в приложении к настоящему запросу на электронную почту_____.

Срок предоставления ответа на запрос коммерческий предложений_____.

Техническое задание прилагается.

Форма коммерческого предложения (Приложение на 1 л.).

Инициатор закупки Коларж А.В.

Приложение к письму от _____ 202__ г. №_____

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Главному врачу

ГАУЗ ТО «Областная больница №19»

М.Э. Мартиросяну

Коммерческое предложение

На Ваш запрос коммерческих предложений №____ (№ процедуры на ЭТП) от _____ 2027__ г. предоставляем следующую информацию о возможности поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Наименование оборудования/товара/ услуги/работы	Характеристики оборудования /товара /услуги/работы	Кол-во, ед.изм.	Цена за единицу	Сумма НДС	Сумма с НДС/без НДС

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)_____
Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар/работы/услуги_____
Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)_____

Руководитель_____ _____

(подпись) (расшифровка)

М.П.

«_____» _____20___г

№ п/п	Описание объекта закупки **указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)**								Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке)			
	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Показатели товара (значения показателей)				**Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением***	**Товарный знак (при наличии)**	**Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки ****	**Наименование страны происхождения товара**
					Минимальные и (или) максимальные показатели	Показатели, которые не изменяются	Показатели, указанные в диапазоне	Иные показатели				
1	Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 26 60 12 129	37 шт.	не устанавливается	Датчик предназначен для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости у пациентов, страдающих диабетом		Наличие						
				Для получения и интерпретации результатов необходима совместная работа сканера и датчика в виде единой системы		Наличие						
				Одноразовый датчик закрепляется на теле пациента		Наличие						
				В корпусе датчика находится электрохимический сенсор для измерения уровня глюкозы и связанные с ним электронные компоненты		Наличие						
				Датчик автоматически прекращает работу после 14 дней использования		Наличие						
				Метод измерения уровня глюкозы		Амперометрический электрохимический датчик						
				Диапазон измеряемых датчиком уровней глюкозы			2,2 - 27,8 ммоль/л					
				Размеры датчика								
				Высота, мм	Не более 5							
				Диаметр, мм	Не более 35							
				Масса датчика, г	Не более 5							
				Источник питания датчика	Одна серебряно оксидная батарея							
				Рабочая температура			от 10 градусов С до 45 градусов С					
				Комплектация								
				Датчик		1 шт						
				Футляр датчика		1 шт						
				Вкладыш		1 шт						
				Инструкция по применению		1 шт						
				Аппликатор датчика		1 шт						
2	NFC-передатчик Bubble Mini 32.50.50.190	6 шт.	не устанавливается	**Передает информацию с сенсора каждые 5 минут с помощью мобильного телефона**		**Наличие**						
				Перезаряжается с помощью магнитного провода, входящего в комплект		**Наличие**						
				Цвет		**Белый**						
				Модуль NFC		**Наличие**						
				Поддержка Bluetooth		**Наличие**						
				Защита от пыли и влаги		**Наличие**						
				Емкость стандартного аккумулятора		**50 мАч**						
				Материал корпуса		**Пластик**						
				Размеры (Д х Ш х В), мм	**Не более 33 х 30 х 8**							
				Вес, г	**Не более 5**							